

**Протокол заседания тендерной комиссии по подведению итогов тендера по закупу
лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№И4**

Кабинет директора

25 марта 2023 год

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии	Кодасбаев А.Т.	Директор
Заместитель председателя тендерной комиссии	Абенова А.Т.	Заместителя директора по лечебной части

Члены тендерной комиссии

1	Амирсеитова Р.Ж.	Главный бухгалтер
2	Жапарқұл С.Ә.	Начальник отдела по государственным закупкам
3	Көпжасар М.Ж.	Инженер по обслуживанию медицинской техники
	Мустафаева Н.К.	Экономист


Секретарь тендерной комиссии

25 марта 2023 года в 10-00 часов в кабинете директора, расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 93, 2 этаж, произвела процедуру допуска тендерных заявок, представленных для участия в тендере по закупу лекарственных средств и (или) медицинских изделий №4 от «26» апреля 2023г. и подвела итоги в соответствии с «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - *Правила*) и подведению итогов по следующим лотам:

№ лота	Наименование ЛС и МИ (международное непатентованное наименование) МНН	Общая сумма тенге
1	кровать медицинская многофункциональная	182 430 000,00
	ИТОГО:	182 430 000,00

2. Потенциальные поставщики, представившие тендерную заявку в установленные сроки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки	При процедуре вскрытия присутствовали представители (ФИО)
1	ТОО «Med Solution»	г.Алматы, ул. Сарбайская, д.63	15.05.2023г. 11:20	
2	ТОО «EXTRA GROUP»	г.Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/43, кв.38	15.05.2023г. 11:25	Мусаев Д.Б.
3	ТОО «TINSOV»	г.Астана, ул. Б.Майлин, дом 3, кв. 5	15.05.2023г. 11:52	Швецов Е.В.





3. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков. Потенциальные поставщики, тендерная заявка которых признана не соответствующей требованиям Правил и тендерной документации (далее - обозначено словом «нет»):


№ лота	Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Заявленная цена (Сумма) Потенциального поставщика	Соответствие заявки	Причина несоответствия	Торговое наименование ЛС и МИ (предлагаемых товаров потенциального поставщика)	Статус Лота/Основание	Победитель	Второе предложение не после победителя	
		TOO «Med Solution»	6 050 000,00	да	соответствует	Кровать медицинская многофункциональная ELEGANZA 2				
		TOO «EXTRA GROUP»	4 562,250,00	нет	не соответствует пп.16 п.130-39 - Правил, представленное ценовое предложения №4 не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, ценовое предложение по закупку медицинской техники утверждено №3. Кроме того, представлена техническая спецификация с параметрами не более или не менее срок гарантии указан не менее 37 месяцев (потенциальным поставщиком в нарушении пп.1, п.130-28 Правил - Техническая часть тендерной заявки содержит: 1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx"), потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с параметрами не более или не менее, без указания точных технических характеристик, что не соответствует буквальному толкованию норм Правил);	Кровать медицинская многофункциональная ELEGANZA 2				
1	Кровать медицинская многофункциональная	TOO «TINSOV»	5 150 000,00	нет	Тендерная заявка потенциального поставщика, отклонена на основании пп.7 п.130-39 Правил ввиду представления технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: Согласно технической спецификации приложение к Тендерной документации - кровать оснащается со звуковой сигнализацией о незаблокированных колесах при подключении кровати к сети электропитания. Согласно технической спецификации приложение к Тендерной документации - Кровать должна осуществлять электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не более 395 мм, в то время как предлагаемые кровати потенциального поставщика имеют высоту 480мм. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъемом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением не менее 110 мм, предлагаемые кровати имеют 100мм. Согласно технической спецификации приложение к Тендерной документации - Внутренние габариты (ложе кровати) не менее 2000 мм x 900 мм, - предлагаемые габариты потенциальным поставщиком меньше. Внутренние габариты (ложе кровати) 2000 мм x 860 мм. Габариты (без удлинения кровати) с разъемными боковыми ограждениями 226 см. x 102,5 см., - Заявка заказчика не более 223см. x 99,5см. Кроме того, представлена техническая спецификация с параметрами не более или не менее срок гарантии: указан не менее 37 месяцев (потенциальным поставщиком в нарушении пп.1, п.130-28 Правил - Техническая часть тендерной заявки содержит: 1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx"), потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с параметрами не более или не менее, без указания точных технических характеристик, что не соответствует буквальному толкованию норм Правил); на основании пп.12) п.130-39 Правил ввиду представления технической спецификации не соответствующей технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением (Согласно данных регистрационного досье № РК-МТ-5№020644 Кровать пациента с электрическим приводом серии NITRO HB 8000 с функцией латерального наклона ложа и весами размещенных в государственном реестре государственной экспертной организацией в сфере обращения лекарственных средств и	Кровать пациента с электрическим приводом серии NITRO HB 8000 с функцией латерального наклона ложа и весами	TOO «Med Solution»	п. 130-43		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

				<p>медицинских изделий www.pdda.kz «диаметр противодударных бамперов 90 мм», тогда как согласно технической спецификации представленной потенциальным поставщиком указаны данные в 100мм. на основании пп.10 п.130-39 Правил ввиду не представления документов подтверждающих соответствие медицинских изделий, требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил (потенциальным поставщиком не представлен анализ предельных цен на торговое наименование медицинского изделия выданный уполномоченным органом в области здравоохранения, тогда как в соответствии с пп.3 п.11 главы 4 Правил - К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе лекарственных средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие требования: не превышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен торговому наименованию выданного уполномоченным органом в области здравоохранения) на основании пп.18 п.130-39 Правил, в виду представления тендерной заявки с пронумерованными страницами (потенциальным поставщиком представлена тендерная заявка с пронумерованными листами, что не соответствует буквальному толкованию норм Правил)</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--







Заявки на участие в тендере от потенциальных поставщиков с надлежащей производственной практики (GMP), а также надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) не поступали.

4. Заявки на участие в тендере от потенциальных поставщиков отечественных производителей не поступали.

5. Эксперты не привлекались.

6. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

6.1 Признать тендер состоявшимся на сумму **181 500 000,00** (сто восемьдесят один миллион пятьсот тысяч) **тенге 00 тиын**.

6.2 Победителем по лоту №1 на сумму **181 500 000,00** (сто восемьдесят один миллион пятьсот тысяч) **тенге 00 тиын** считать - ТОО «Med Solution» местонахождения по адресу: г.Алматы, ул. Сарбайская, д.63

6.3 Заказчику направить проекты договоров о закупках лекарственных средств и (или) медицинских изделий по итогам настоящего тендера в соответствии с требованиями Правил – в срок не позднее пяти календарных дней со дня подведения итогов.

Председатель тендерной комиссии

Кодасбаев А.Т.

Заместитель председателя тендерной комиссии

Абенова А.Т.

Члены тендерной комиссии

1 Амирсеитова Р.Ж.

2 Жапарқұл С.Ә.

3 Кәпжасар М.Ж.

Секретарь тендерной комиссии

Мустафаева Н.К.



Handwritten signature in blue ink.